

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada sampel wafer bermerek tidak terdeteksi adanya antioksidan TBHQ dan sampel wafer tidak bermerek tidak terdeteksi antioksidan TBHQ. Pada verifikasi metode, hasil yang diperoleh dari uji akurasi dan presisi tidak memenuhi syarat sehingga kemungkinan kadar TBHQ didalam sampel lebih besar dari yang terukur.

6.2 Saran

Pada verifikasi metode, hasil akurasi dan presisi tidak memenuhi syarat, sehingga perlu adanya pengembangan metode analisis untuk mendapatkan hasil akurasi dan presisi yang memenuhi syarat.